

リカバリールーム退室基準

	スコア	判断基準
活動性	2	指示動作に従って四肢が動く
	1	体動あり
	0	体動なし
呼吸	2	深い呼吸ができ、SpO2 の低下がない
	1	呼吸困難、呼吸制限があり、時々SpO2 の低下がみられる
	0	頻回に SpO2 低下がある
循環	2	術前と比べて、血圧、心拍数の変動が少ない
	1	術前と比べて、血圧、心拍数の変動があるが心電図変化はない
	0	術前と比べて、血圧、心拍数の変動が大きい、あるいは心電図の変化がある
覚醒状態	2	完全覚醒
	1	半覚醒
	0	反応なし
スコア合計	0～4点:注意、危険 5～6点:要観察 7～8点:安定	